

モルタル全自動圧縮試験機

設備・装置名	モルタル全自動圧縮試験機
技術相談	可能
共同研究	可能
管理担当者	主担当: 土木・建築系 寺本尚史
	副担当: 土木・建築系 中嶋龍一朗
設置場所	土木・建築系棟1F, コンクリート・構造実験室
仕様	(1) 最大容量500kN, 装置寸法(幅1200×奥行700×高さ1330mm) (2) 荷重レンジ500kN, 200kN, 100kN, 50kN (3) 制御方式 コンピュータ自動制御
主な用途	(1) モルタル供試体の圧縮強度測定 (2) セメント供試体の強さ測定 (3) モルタル供試体の曲げ強度測定 (4) コンクリート供試体の曲げ強度測定
キーワード	モルタル供試体, セメント供試体, 圧縮強度, 曲げ強度

